ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 – ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016	Folha: 1	Total de Folhas: 2

RAZÃO SOCIAL/DESIGNAÇÃO DO LABORATÓRIO

SGS INDUSTRIAL INSTALAÇOES TESTE E COMISSIONAMENTOS LTDA / SGS INDUSTRIAL INSTALAÇOES TESTE E COMISSIONAMENTOS LTDA

ACREDITAÇÃO Nº	TIPO DE INSTALAÇÃO
CRL 1180	**INSTALAÇÃO PERMANENTE**

ÁREA DE ATIVIDADE / PRODUTO	CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO	NORMA E /OU PROCEDIMENTO
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONTROLE	**ENSAIOS MECÂNICOS**	
VÁLVULA DE SEGURANÇA E/OU ALÍVIO	- Ensaio de abertura e de vedação. Faixa: > -82,74 kPa até 73,0 MPa.	OI-L3-1002-SAM-BR-IND-8004
PRESSOSTATO	-Ensaio de acionamento e desacionamento. Faixa: > 1,47 kPa até 68,95 MPa	OI-L3-1002-SAM-BR-IND-8003
VACUOSTATO	- Ensaio de acionamento e desacionamento. Faixa: > -82,74 kPa até -8,97 kPa	OI-L3-1002-SAM-BR-IND-8003
XXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXX

ACREDITAÇÃO CANCELADA

"Este Escopo cancela e substitui a revisão emitida anteriormente"

_____

Em, 14/10/2016

ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 - ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016	Folha: 2

ACREDITAÇÃO Nº	TIPO DE INSTALAÇÃO
	INSTALAÇÃO DE CLIENTE

ÁREA DE ATIVIDADE / PRODUTO	CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO	NORMA E /OU PROCEDIMENTO
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONTROLE	**ENSAIOS MECÂNICOS**	
VÁLVULA DE SEGURANÇA E/OU ALÍVIO	- Ensaio de abertura e de vedação. Faixa: > -82,74 kPa até 73,0 MPa.	OI-L3-1002-SAM-BR-IND-8004
PRESSOSTATO	-Ensaio de acionamento e desacionamento. Faixa: > 1,47 kPa até 68,95 MPa	OI-L3-1002-SAM-BR-IND-8003
VACUOSTATO	- Ensaio de acionamento e desacionamento. Faixa: > -82,74 kPa até -8,97 kPa	OI-L3-1002-SAM-BR-IND-8003
XXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX

ACREDITAÇÃO CANCELADA