



Condução da avaliação

Ana Cristina D. M. Follador
Divisão de Capacitação em Acreditação



ELEMENTOS

[NIT-DICLA-029](#)- Condução da avaliação de organismos de avaliação da conformidade;

[NIT-Dicla-030](#) – Rastreabilidade Metrológica na Acreditação de Organismos de Avaliação da Conformidade e no Reconhecimento da Conformidade aos Princípios das BPL

[NIT-DICLA-026](#) - Requisitos para a Participação de Laboratórios em Atividades de Ensaio de Proficiência



NIT-DICLA-029

9.3. São atribuições dos avaliadores e **especialistas**:

- a) Realizar as atividades de análise da documentação, definir a amostra representativa do escopo a ser acompanhada durante a visita, realizar a análise relacionada a atividades de ensaios de proficiência e a avaliação no local, bem como elaborar o relatório de resolução de não conformidades e definir o escopo final;
- b) Utilizar, na preparação do escopo, os documentos orientativos para estruturação do escopo de ensaios visando à harmonização de todos os escopos dos OAC;
- c) Cumprir os prazos determinados para cada atividade;
- d) Respeitar a autoridade do avaliador líder, como representante da Cgcre, durante todas as etapas do processo de avaliação.
- e) O correto preenchimento dos relatórios gerados na avaliação; **em caso de dificuldades, consultar o avaliador líder.**



NIT-DICLA-029 antes da visita de avaliação...


10 Formação da equipe de avaliação;

11 Planejamento da avaliação e análise da documentação;

12 Atividades de ensaio de proficiência;

RED





RAV



NIT-DICLA-029 após a visita...

14. Resolução de não conformidades – RRNC

14.1 Análise das propostas de correções e de ações corretivas;

14.2 Análise das evidências de correções e ações corretivas;

14.3 Avaliação para acompanhamento de correções e ações corretivas; (em alguns casos)

14.4 Análise crítica do relatório de resolução de não conformidades

RRNC



O escopo de acreditação

3.6 Escopo de Acreditação (ABNT NBR ISO/IEC 17011)

atividades específicas de avaliação da conformidade para as quais a acreditação é desejada ou foi concedida.

Nota da Cgcre: O detalhamento do escopo de acreditação pode variar conforme a modalidade da acreditação ou campo técnico de atuação do OAC.

Para laboratórios de calibração: [FOR-CGCRE-011](#), [NIT-DICLA-012](#).

Para laboratórios de ensaio e clínicos: [FOR-CGCRE-012](#), [FOR-CGCRE-014](#), [NIT-DICLA-016](#).




Aplicações para os requisitos 6.5 e 7.7 da 17025 / 5.3.14 e 5.6.3 da 15189

NIT-DICLA-030 - Rastreabilidade metrológica na acreditação de organismos de avaliação da conformidade e no reconhecimento da conformidade aos princípios das BPL (ILAC P10)

NIT-DICLA-026 - Requisitos sobre a participação dos laboratórios em ensaios de proficiência (ILAC P9)



HIERARQUIA DO SISTEMA METROLÓGICO





NIT-DICLA-026

Para EP, a
Cgcre requer
dos laboratórios:

Participação
mínima

Frequência

Seleção de
provedores

Proficiência



Obrigada!
acfollador@inmetro.gov.br