ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17043
PROVEDOR DE ENSAIOS DE PROFICIÊNCIA (PEP)

Norma de Origem: NIT-DICLA-016	**Folha:** 1	**Total de Folhas: 1**

RAZÃO SOCIAL/DESIGNAÇÃO DO PROVEDOR DE ENSAIO DE PROFICIÊNCIA (PEP)	ACREDITAÇÃO N°
INSTITUTO ADOLFO LUTZ / INSTITUTO ADOLFO LUTZ	**PEP 0007**

ÁREA DE ATIVIDADE OU GRUPO DE CALIBRAÇÃO E NOME DO PROGRAMA	**FREQÜÊNCIA (Nota 1)**	**DESCRIÇÃO DETALHADA DO TIPO DE ITEM DE ENSAIO DE PROFICIÊNCIA**	**MÉTODO UTILIZADO PARA DETERMINAÇÃO DO VALOR DESIGNADO E SUA INCERTEZA ASSOCIADA**
SAÚDE HUMANA PROGRAMA DE ENSAIO DE PROFICIÊNCIA PARA CHUMBO EM SANGUE	Semestral	Amostras de sangue bovino Parâmetro: Chumbo Faixa de trabalho: de 10 µg/100 mL a 80 µg/100 mL (microgramas por 100 mL)	ABNT NBR ISO/IEC 17043, Anexo B, B.2.1e), Valor de consenso de participantes
PROGRAMA DE COMPARAÇÃO INTERLABORATORIAL EM HEMATOLOGIA E BIOQUÍMICA	Trimestral	Amostras de sangue animal na forma líquida: Determinação de Leucócitos, Eritrócitos, Hemoglobina e Hematócrito. Amostras de soro animal liofilizado: Determinação de Aspartato Aminotransferase (AST/TGO), Alanina Aminotransferase (ALT/TGP), Colesterol, Triglicérides, Creatinina, Glicose, Uréia e Proteínas Totais.	ABNT NBR ISO/IEC 17043, Anexo B, B.2.1e), Valor de consenso de participantes.

"Este Escopo cancela e substitui a revisão emitida anteriormente."

_____

Em, 04/01/2019

NOTA 1: A frequência do programa tem caráter apenas informativo. O Provedor pode alterá-la sem necessidade de autorização prévia da Cgcre.