

Grupo de serviço de temperatura

(Realizados nas instalações permanentes)

INDICADORES/ CONTROLADORES/ TRANSMISSORES DE TEMPERATURA

Indicador/Controlador Analógico/Digital para Outros Sensores	-100 a 650°C	0,2°C
Indicador/Controlador Analógico/Digital para Sensor Termopar	-110 a 1700°C	0,4°C
Registrador de Temperatura para Outros Sensores	-100 a 650°C	0,2°C
Registrador de Temperatura para Sensor Termopar	-110 a 1700°C	0,4°C

TERMOMETRIA DE CONTATO

Registrador de Temperatura com Outros Sensores	0 a 420°C	0,4°C
Termômetro Analógico/Digital com Outros Sensores	0 a 420°C	0,4°C
Termômetro Analógico/Digital com Sensor Termopar	0 a 420°C	0,4°C
Termômetro Bimetálico	0 a 420°C	0,5°C
Termômetro de Resistência	0 a 420°C	0,4°C

TERMOMETRIA DE RADIAÇÃO

Pirômetro Infravermelho	-15°C até < 100°C	1,1 °C
	> 100°C até 420°C	1,9 °C
	> 420°C até 500°C	2,6 °C

(Realizados nas instalações de clientes)

TERMOMETRIA DE CONTATO

Registrador de Temperatura com Outros Sensores	0 a 420°C	0,4°C
Termômetro Analógico/Digital com Outros Sensores	0 a 420°C	0,4°C
Termômetro Analógico/Digital com Sensor Termopar	0 a 420°C	0,4°C
Termômetro Bimetálico	0 a 420°C	0,5°C
Termômetro de Resistência	0 a 420°C	0,4°C