



ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 – ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016

Folha: 1

Total de Folhas: 1

RAZÃO SOCIAL/DESIGNAÇÃO DO LABORATÓRIO

**SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – SENAI
LABORATÓRIO SENAI IST-PGE**

ACREDITAÇÃO Nº	TIPO DE INSTALAÇÃO	
CRL 0327	INSTALAÇÃO PERMANENTE	
ÁREA DE ATIVIDADE / PRODUTO	CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO	NORMA E /OU PROCEDIMENTO
Programa de Metrologia Legal: supervisão metrológica.		
<u>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONTROLE</u>	<u>ENSAIOS MECÂNICOS</u>	
MEDIDORES TIPO ROTATIVO E TIPO TURBINA UTILIZADOS NAS MEDIÇÕES DE GASES.	Ensaio de desempenho; Faixa de medição 0,4 m ³ /h a 650 m ³ /h; Exame Visual de correspondência ao modelo aprovado.	Portaria INMETRO nº156, de 30 de março de 2022; PRI 015/131 - Ensaio de totalizadores de volume de gás tipo rotativo e turbina.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XX	XX

“Este Escopo cancela e substitui a revisão emitida anteriormente”

Em, 11/11/2022