ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025
ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-013	Folha: 01 / 01

RAZÃO SOCIAL/DESIGNAÇÃO DO LABORATÓRIO
B&Q ENERGIA LTDA / LABORATORIO DE ENSAIOS ELETRICOS - LEE

ACREDITAÇÃO N°	TIPO DE INSTALAÇÃO
CRL 0464	**PERMANENTE**

ÁREA DE ATIVIDADE / PRODUTO	CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO	NORMA E /OU PROCEDIMENTO
PRODUTOS RELACIONADOS A SAÚDE E SEGURANÇA HUMANA	**ENSAIOS ELÉTRICOS E MAGNÉTICOS**	
LUVA ISOLANTE DE BORRACHA	Ensaio de tensão elétrica aplicada em CA Faixa: 2,5 kV a 40 kV (valor eficaz)	NBR 10622/1989 Somente o item 6.3.4
MANGA ISOLANTE DE BORRACHA	Ensaio de tensão elétrica aplicada em CA Faixa: 5 kV a 40 kV (valor eficaz)	NBR 10623/1989 Somente o item 6.3.2
PRODUTOS DE BORRACHA E PLÁSTICO		
COBERTURA ISOLANTE FLEXÍVEL PARA CONDUTOR	Ensaio de tensão elétrica aplicada em CA Faixa: 5 kV a 40 kV (valor eficaz)	ASTM D 1050/2011 Somente os itens 18.1 e 18.2
FERRAMENTAS MANUAIS ISOLADAS	Ensaio de tensão elétrica aplicada em CA Faixa: Até 5 kV (valor eficaz)	NBR 9699/1987 Somente o item 6.4
x-x-x-x-x	x-x-x-x-