



ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 – ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016

Folha: 1

Total de Folhas: 2

RAZÃO SOCIAL/DESIGNAÇÃO DO LABORATÓRIO

SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.
LABORATÓRIO DE MEIO AMBIENTE

ACREDITAÇÃO Nº

TIPO DE INSTALAÇÃO

CRL 0846

INSTALAÇÃO PERMANENTE

ÁREA DE ATIVIDADE /
PRODUTO

CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO

NORMA E /OU PROCEDIMENTO

MEIO AMBIENTE

ENSAIOS QUÍMICOS

ÁGUA PARA CONSUMO
HUMANO

Determinação da Cor Aparente pelo método de
comparação visual

SMWW, 24ª Edição, 2017
Método 2120 B

LQ : 2,5 CU

Determinação da turbidez pelo método nefelométrico

SMWW, 24ª edição, Método
2130 B

LQ: 0,10 NTU

Determinação de ferro pelo método colorimétrico com
fenantrolina

SMWW, 24ª edição, Método
3500 Fe B

LQ: 0,10 mg/L

MEIO AMBIENTE

ENSAIOS BIOLÓGICOS

ÁGUA PARA CONSUMO
HUMANO

Coliformes totais - Determinação pela técnica de
Presença/Ausência (substrato enzimático)

SMWW, 24ª edição, Método
9223 B

Escherichia coli - Determinação pela técnica de
Presença/Ausência (substrato enzimático)

SMWW, 24ª edição, Método
9223 B

XXXXX

XXXXXXXX

XXXXX

“Este Escopo cancela e substitui a revisão emitida anteriormente”

Em 04/07/2024

