ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 – ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016	Folha: 1	Total de Folhas: 2

RAZÃO SOCIAL/DESIGNAÇÃO DO LABORATÓRIO

ÁGUAS GUARIROBA S.A. / LABORATÓRIO DE MONITORAMENTO DE EFLUENTES

ACREDITAÇÃO Nº	TIPO DE INSTALAÇÃO
CRL 1015	**INSTALAÇÃO PERMANENTE**

ÁREA DE ATIVIDADE / PRODUTO	CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO	NORMA E /OU PROCEDIMENTO
MEIO AMBIENTE	**ENSAIOS QUÍMICOS**	
ÁGUA BRUTA	Determinação da turbidez pelo método nefelométrico. LQ: 5 NTU	SMWW, 23ª Edição, Método 2130 B.
ÁGUA BRUTA ÁGUA RESIDUAL	Determinação de sólidos totais por secagem a 103 °C – 105 °C. LQ: 50 mg/L	SMWW, 23ª Edição, Método 2540 B.
	Determinação de sólidos sedimentáveis. LQ: 0,3 mL/L	SMWW, 23ª Edição, Método 2540 F
	Determinação da demanda bioquímica de oxigênio pelo método respirométrico. LQ: 3 mg/L	SMWW, 23ª Edição, Método 5210 D
XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX

"Este Escopo cancela e substitui a revisão emitida anteriormente"

Em, 12-12-2023

ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 - ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016	Folha: 2

ACREDITAÇÃO N°	TIPO DE INSTALAÇÃO
CRL 1015	**INSTALAÇÃO DE CLIENTE**

ÁREA DE ATIVIDADE / PRODUTO	CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO	NORMA E /OU PROCEDIMENTO
MEIO AMBIENTE	**ENSAIOS QUÍMICOS**	
ÁGUA BRUTA ÁGUA RESIDUAL	Determinação da temperatura Faixa: 5,0 °C a 50,0 °C	SMWW, 23ª Edição, Método 2550B
	Determinação de pH pelo método eletrométrico. Faixa: 2 a 12	SMWW, 23ª Edição, Método 4500H$^+$ B.
	Determinação de oxigênio dissolvido pelo método da luminescência. LQ: 0,1 mg/L	SMWW, 23ª Edição, Método 4500 O-H
MEIO AMBIENTE	**AMOSTRAGEM**	
ÁGUA BRUTA ÁGUA RESIDUAL	Amostragem em mananciais de superfície (rios e córrregos) e efluentes liquídos (bruto e tratado) de estações de tratamento de esgotos domésticos.	SMWW, 23ª Edição, Método 1060 IT117-LBE02
XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX