



ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 – ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016

Folha: 1

Total de Folhas: 1

RAZÃO SOCIAL/DESIGNAÇÃO DO LABORATÓRIO

Almont do Brasil Importação, Comércio e Representação Ltda

ACREDITAÇÃO Nº	TIPO DE INSTALAÇÃO	
CRL 1257	INSTALAÇÃO PERMANENTE	
ÁREA DE ATIVIDADE / PRODUTO	CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO	NORMA E /OU PROCEDIMENTO
<u>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</u> <u>DEMEDIÇÃO E CONTROLE</u> BOMBAS DE AMOSTRAGEM DE AR	<u>ENSAIOS MECÂNICOS</u> Ensaio de desempenho em Bombas de Amostragem de Ar. Parâmetros verificados: Linearidade da Vazão. Faixa: 150 cm ³ /min até 4000 cm ³ /min Estabilidade da Vazão em Função da Pressão. Faixa: 150 cm ³ /min até 4000 cm ³ /min para Pressão < 30 polca	PC-21 – Ensaio em Bombas de Amostragem Rev. 05
X-X-X-X-X	X-X-X-X-X-	X X-X-X-X-X

“Este Escopo cancela e substitui a revisão emitida anteriormente”

Em, 18/12/2018