## ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 – ENSAIO

| Norma de Origem: NIT-DICLA-016 | Folha: 1 | Total de Folhas: 2 |
|---|---|---|

**RAZÃO SOCIAL/DESIGNAÇÃO DO LABORATÓRIO**

BRASTRAFO DO BRASIL LTDA / BRASTRAFO

| ACREDITAÇÃO Nº | TIPO DE INSTALAÇÃO |
|---|---|
| **CRL 1337** | **INSTALAÇÃO PERMANENTE** |

| ÁREA DE ATIVIDADE / PRODUTO | CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO | NORMA E /OU PROCEDIMENTO |
|---|---|---|
| **MOTORES, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ELÉTRICOS** | **ENSAIOS QUÍMICOS** | |
| LÍQUIDOS ISOLANTES ELÉTRICOS | Determinação do teor de Bifenilas Policloradas (PCB) por cromatografia gasosa (CG-ECD)<br><br>LQ = 2 mg/kg | ABNT NBR 13882:2008 (versão corrigida 16/10/2013) |
| **X-X-X-X-X** | **X-X-X-X-X** | **X-X-X-X-X** |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

***"Este Escopo cancela e substitui a revisão emitida anteriormente"***

_____ **Em, 12/04/2018**

## ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 - ENSAIO



| ACREDITAÇÃO Nº | TIPO DE INSTALAÇÃO |
|---|---|
| CRL 1337 | INSTALAÇÃO DE CLIENTE |

| ÁREA DE ATIVIDADE / PRODUTO | CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO | NORMA E /OU PROCEDIMENTO |
|---|---|---|
| **MOTORES, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ELÉTRICOS** | **AMOSTRAGEM** | |
| LÍQUIDOS ISOLANTES ELÉTRICOS | Amostragem de líquidos isolantes em equipamentos elétricos | ABNT NBR 8840:2013 |
| **X-X-X-X-X** | **X-X-X-X-X** | **X-X-X-X-X** |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |