



## ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 – ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016

Folha: 1

Total de Folhas: 2

### RAZÃO SOCIAL/DESIGNAÇÃO DO LABORATÓRIO

CEIME - COMÉRCIO E METROLOGIA LTDA.  
CEIME - SÃO PAULO

ACREDITAÇÃO Nº

TIPO DE INSTALAÇÃO

CRL 1711

INSTALAÇÃO PERMANENTE

ÁREA DE ATIVIDADE /  
PRODUTO

CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO

NORMA E /OU PROCEDIMENTO

**MÁQUINAS E  
EQUIPAMENTOS**

**ENSAIOS MECÂNICOS**

VÁLVULA DE  
SEGURANÇA E ALÍVIO

Ensaio de Abertura, Fechamento e Vedação  
Faixa: 2 kPa até 15 Mpa

ITINM-020

PRESSOSTATO

Ensaio de Acionamento e Desacionamento  
Faixa: 2 kPa até 50 MPa

ITINM-021

XXXXX

XXXXXXXX

XXXXX

*“Este Escopo cancela e substitui a revisão emitida anteriormente”*

Em, 02-02-2023

