ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 – ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016	Folha: 1	Total de Folhas: 2

RAZÃO SOCIAL/DESIGNAÇÃO DO LABORATÓRIO
LABM - LABORATORIO AMAZILE BIAGIONI MAIA LTDA

ACREDITAÇÃO Nº	TIPO DE INSTALAÇÃO
CRL 1773	**INSTALAÇÃO PERMANENTE**

ÁREA DE ATIVIDADE / PRODUTO	CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO	NORMA E /OU PROCEDIMENTO
ALIMENTOS E BEBIDAS	**ENSAIOS QUÍMICOS**	-
BEBIDAS ALCOÓLICAS	Determinação de carbamato de etila por cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massas. LQ 50,0 µg/L	POP06-EB11
	Determinação do teor de alcoóis, acetato de etila e acetaldeído por cromatografia gasosa por detecção por ionização de chama. Acetaldeído LQ: 1,1 mg/100 mL etanol Acetato de Etila LQ: 1,6 mg/100 mL etanol Álcool sec-butílico LQ: 0,6 mg/100 mL etanol Álcool n-butílico LQ: 1,2 mg/100 mL etanol Álcool isobutílico LQ: 3,9 mg/100 mL etanol Álcool isoamílico LQ: 6,2 mg/100 mL etanol Álcool n-propílico LQ: 1,3 mg/100 mL etanol Álcoois superiores LQ: 11,4 mg/100 mL etanol Álcool Metílico LQ: 2,9 mg/100 mL de etanol	POP06-EB10
	Determinação da acidez volátil (expresso em ácido acético) por titulometria LQ: 3,6 mg/100 mL etanol	POP06-EB08
	Determinação da acidez total (expresso em ácido acético) por titulometria LQ: 3,8 mg/100 mL etanol	POP06-EB01
	Determinação do grau alcoólico real por densimetria LQ: 0,5 % v/v a 20°C	POP06-EB07
	Determinação de grau alcoólico aparente por densimetria LQ: 0,5 % v/v a 20°C	POP06-EB06

"Este Escopo cancela e substitui a revisão emitida anteriormente"

_____ **Em, 18/02/2025**

ACREDITAÇÃO Nº	TIPO DE INSTALAÇÃO
CRL 1773	**INSTALAÇÃO PERMANENTE**

ÁREA DE ATIVIDADE / PRODUTO	CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO	NORMA E /OU PROCEDIMENTO
ALIMENTOS E BEBIDAS	**ENSAIOS QUÍMICOS**	-
BEBIDAS ALCOÓLICAS (Continuação)	Determinação de Característica Organoléptica: aspecto e cor	MAPA, Manual de Métodos de Análises de Bebidas e Vinagres 2005, Cad 5
	Determinação de cobre por espectrofotometria UV-Vis LQ: 0,2 mg/L	POP06-EB09
	Determinação de coeficientes congêneres, furfural, lactato de etila por cromatografia gasosa por detecção por ionização de chama Coeficiente Congêneres LQ: 20,0 mg/100 mL de etanol Furfural LQ: 2,3 mg/100 mL de etanol Lactato de Etila LQ: 1,7 mg/100mL em etanol	POP06-EB10
	Determinação de açúcares redutores e totais LQ: 2,3 g/L	POP06-EB19