



## ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 – ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016

Folha: 1

Total de Folhas: 2

### RAZÃO SOCIAL/DESIGNAÇÃO DO LABORATÓRIO

LABM - LABORATORIO AMAZILE BIAGIONI MAIA LTDA

### ACREDITAÇÃO Nº

### TIPO DE INSTALAÇÃO

CRL 1773

INSTALAÇÃO PERMANENTE

### ÁREA DE ATIVIDADE / PRODUTO

### CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO

### NORMA E /OU PROCEDIMENTO

#### ALIMENTOS E BEBIDAS

#### ENSAIOS QUÍMICOS

BEBIDAS ALCOÓLICAS

Determinação de carbamato de etila por cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massas.

LQ 50,0 µg/L

POP06-EB11

Determinação do teor de alcoóis, acetato de etila e acetaldeído por cromatografia gasosa por detecção por ionização de chama.

Acetaldeído

LQ: 1,1 mg/100 mL etanol

POP06-EB10

Acetato de Etila

LQ: 1,6 mg/100 mL etanol

Álcool sec-butílico

LQ: 0,6 mg/100 mL etanol

Álcool n-butílico

LQ: 1,2 mg/100 mL etanol

Álcool isobutílico

LQ: 3,9 mg/100 mL etanol

Álcool isoamílico

LQ: 6,2 mg/100 mL etanol

Álcool n-propílico

LQ: 1,3 mg/100 mL etanol

*“Este Escopo cancela e substitui a revisão emitida anteriormente”*

Em, 08-11-2023

