



ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 – ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016

Folha: 1

Total de Folhas: 2

RAZÃO SOCIAL/DESIGNAÇÃO DO LABORATÓRIO

Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo S.A. - IPT/ Núcleo de Tecnologias Avançadas para Bem-estar e Saúde - NUTABES

ACREDITAÇÃO Nº

CRL 1774

TIPO DE INSTALAÇÃO

INSTALAÇÃO PERMANENTE

ÁREA DE ATIVIDADE / PRODUTO

CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO

NORMA E /OU PROCEDIMENTO

ALIMENTOS E BEBIDAS

ENSAIOS QUÍMICOS

ALIMENTOS DE
ORIGEM VEGETAL
VEGETAIS IN NATURA

Determinação de clorpirifós e atrazina por cromatografia a gás acoplada a espectrometria de massas com detector triplo quadrupolo.

Clorpirifós LQ: 0,77 µg/kg Atrazina LQ: 0,79 µg/kg

IPT18632

Determinação de organoclorados por cromatografia a gás acoplada a espectrometria de massas com detector triplo quadrupolo.

Gama-HCH LQ: 5 µg/kg

HCH-total LQ: 16 µg/kg

IPT18468

ALIMENTOS DE
ORIGEM ANIMAL
CARNES

Determinação de clorpirifós e atrazina por cromatografia a gás acoplada a espectrometria de massas com detector triplo quadrupolo.

Clorpirifós LQ: 0,53 µg/kg e Atrazina LQ: 0,53 µg/kg

IPT18632

Determinação de organoclorados por cromatografia a gás acoplada a espectrometria de massas com detector triplo quadrupolo.

Gama-HCH LQ: 5 µg/kg

HCH-total LQ: 16 µg/kg

IPT18468

ALIMENTOS DE
ORIGEM ANIMAL
OVOS E DERIVADOS

Determinação de clorpirifós e atrazina por cromatografia a gás acoplada a espectrometria de massas com detector triplo quadrupolo.

Clorpirifós LQ: 0,53 µg/kg e Atrazina LQ: 0,53 µg/kg

IPT18632

Determinação de organoclorados por cromatografia a gás acoplada a espectrometria de massas com detector triplo quadrupolo.

Gama-HCH LQ: 5 µg/kg

HCH-total LQ: 16 µg/kg

IPT18468

“Este Escopo cancela e substitui a revisão emitida anteriormente”

Em, 30/04/2025

ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 - ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016	Folha: 2
--------------------------------	----------

Norma de Origem: NIT-DICLA-016	Folha: 2
--------------------------------	----------

ACREDITAÇÃO Nº	TIPO DE INSTALAÇÃO	
CRL 1774	INSTALAÇÃO PERMANENTE	
ÁREA DE ATIVIDADE / PRODUTO	CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO	NORMA E /OU PROCEDIMENTO
<u>ALIMENTOS E BEBIDAS</u>	<u>ENSAIOS QUÍMICOS</u>	
ALIMENTOS DE ORIGEM ANIMAL	Determinação de clorpirifós e atrazina por cromatografia a gás acoplada a espectrometria de massas com detector triplo quadrupolo.	IPT18632
LEITE	Clorpirifós LQ: 0,53 µg/kg e Atrazina LQ: 0,53 µg/kg	
	Determinação de organoclorados por cromatografia a gás acoplada a espectrometria de massas com detector triplo quadrupolo.	IPT-18468
	Gama-HCH LQ: 5 µg/kg	
	HCH-total LQ: 16 µg/kg	