



ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 – ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016

Folha: 1

Total de Folhas: 1

RAZÃO SOCIAL/DESIGNAÇÃO DO LABORATÓRIO

AMSPEC BRASIL INSPEÇÕES TÉCNICAS LTDA.
AMSPEC RIO DE JANEIRO

ACREDITAÇÃO Nº	TIPO DE INSTALAÇÃO	
CRL 1831	INSTALAÇÃO PERMANENTE	
ÁREA DE ATIVIDADE / PRODUTO	CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO	NORMA E /OU PROCEDIMENTO
PETRÓLEO E DERIVADOS, GÁS NATURAL, ÁLCOOL E COMBUSTÍVEIS EM GERAL	ENSAIOS QUÍMICOS	
ÓLEO COMBUSTÍVEL	Determinação da massa específica e da densidade relativa pelo densímetro digital Faixa de trabalho: 0,717 g/cm ³ a 1,259 g/cm ³	ASTM D 4052-22
	Determinação do ponto de fulgor pelo aparelho de vaso fechado Pensky-Martens Faixa de Trabalho: Faixa de Trabalho: 40°C a 200°C	ASTM D 93-20
	Determinação da viscosidade cinemática e cálculo da viscosidade dinâmica Faixa de Trabalho: 60,0 mm ² /s a 300,0 mm ² /s	ASTM D 445-24
DIESEL S10 E BIODIESEL	Determinação do teor de água pelo método coulométrico de Karl Fischer Faixa de Trabalho: 20 mg/kg a 500 mg/kg	ASTM D 6304-20

“Este Escopo cancela e substitui a revisão emitida anteriormente”

Em, 11/02/2025