



## ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 – ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016

Folha: 1

Total de Folhas: 2

### RAZÃO SOCIAL/DESIGNAÇÃO DO LABORATÓRIO

LIQUITEC SOLUCOES E ANALISES TECNICAS LTDA / LIQUITEC SOLUCOES E ANALISES TECNICAS LTDA

ACREDITAÇÃO Nº

TIPO DE INSTALAÇÃO

CRL 1885

INSTALAÇÃO PERMANENTE

ÁREA DE ATIVIDADE /  
PRODUTO

CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO

NORMA E /OU PROCEDIMENTO

**MOTORES,  
EQUIPAMENTOS E  
MATERIAIS  
ELÉTRICOS**

**ENSAIO QUÍMICO**

FLUIDOS ISOLANTES  
UTILIZADOS EM  
TRANSFORMADORES  
DE ENERGIA

Determinação de Bifenilas Policloradas (PCB) em fluido isolante por cromatografia à gás com detector de captura de elétrons (GC/ECD)  
LQ = 2,0 mg/kg

ABNT NBR 13882:2021

XXXX

XXXX

XXXX

*“Este Escopo cancela e substitui a revisão emitida anteriormente”*

Em, 07/11/2024

